Santa Fe PROVINCIA | Desarrollo Productivo ROS AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO ISLAS MALVINAS	**SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**LC-01**

Fecha: 09/10/2026
Destinatario: Higiene y Seguridad
Expediente Nº: EE-2026-00021017-APPSF-OD

Solicito la confección de las especificaciones técnicas requeridas para la contratación/adquisición de: **Téster multifunción para verificación de instalaciones eléctricas de baja tensión.**

Cantidad	Descripción/Detalle	Utilización Prevista
1	**Características constructivas** • Pantalla color TFT de **3,5 pulgadas**. • Pantalla de doble indicación (dual display). • Memoria interna para almacenamiento de mediciones. • Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD. • Comunicación mediante USB. • Comunicación inalámbrica Bluetooth. • Detección automática de tensión peligrosa de puesta a tierra superior a **50 V**. • Alimentación mediante baterías. • Grado de protección mínimo **IP65**. • Categoría de medición **CAT III 600 V**. • Doble aislación eléctrica. • Autonomía mínima de 15 horas.	**Funciones requeridas:** • Impedancia de lazo. • Prueba de disyuntores. • Verificación de tensión. • Verificación de continuidad de masas. • Resistencia de puesta a tierra (telurímetro). • Resistencia de aislación (megómetro). **Accesorios requeridos** Deberá suministrarse con: • Estuche de transporte • Puntas y cables de ensayo • Baterías • Manual de usuario • Certificado de calibración o ensayo emitido por el fabricante o laboratorio correspondiente.

Atentamente.

.....

Firma y sello
Área Solicitante